若對規格有任何疑問
請與老師連絡
分機2542江老師

嘉南藥理大學招標規範書

案號 ：1080000291-5
品名：位相差顯微鏡
採購品項相關需求說明如下：

品名	位相差顯微鏡
數量	1
本校所提供規格	1.30°傾角三眼觀察筒，視野數 20mm，眼幅調整範圍 48-75mm，分光模式：觀察 50%及照相 50% 2.10X/20 Fix 目鏡+ 10X/20 Focusing(可調式目鏡) 3.物鏡:Plan 4X/0.10NA,WD ≧27mm、相位差 10X/0.22NA,WD≧10mm、相位差 20X/0.40NA,WD≧1.2mm、相位差 40X/0.65NA,WD≧0.6mm、相位差 100X/1.25NA oil,WD≧0.15mm、Immersion Oil(油鏡油) ，顯微鏡本體、目鏡、物鏡、鏡筒，需為同一廠牌同一機型不得混合投配。 4.LED 光源、ABBE 聚光鏡、Abbe 等級聚光鏡，N.A.值 1.25，須含 BF(對比光圈)、2X、DF(暗視野)、Ph1、Ph2、Ph3、FL 對應明視野、暗視野、相位差及螢光等不同觀察法應用 5.含數位照相機組，像素 6370 萬或更佳，感光元件尺寸 17.3mm(H)x13.0mm(V)或以上，連接介面 USB2.0、HDMI，含 HDMI 線一條，可支援 4K 即時顯像同步輸出到外接螢幕，含顯微鏡轉接套件組 交貨期限：108 年 3 月 25 日前。 保固二年 ※得標廠商應於決標日起七日內(遇不可抗拒之天災及未日為例假日者順延一日)完成簽訂契約之訂定，未經本校同意而逾期不辦理簽約者或未完成合約之訂立，視為放棄得標。
廠商答標提供規格及證明文件	**產地：**
審查規格結果	**☐合格、☐不合格，若不合格請說明原因：** **審查人：　　日期：**

※ 請附本設備或產品規格書之型錄或影印本供審；勿以本校提供之規範做為產品規格書。
※ 以上所列各項規範，如有限制相關版本，廠商可以最新版本產品交貨。
※ 每一投標人進場以二人為限，非本人或公司負責人親自到場者，請檢附委託書，到場人員應攜帶身分證明文件及印章；當未入底價且未到場時，視同放棄比、減價權利並不得有異議。